

HERMIA



PRODUKTBEMÆRKNINGER

Affinity 4.0.1



Dokumentnavn: P60-124 Produktbemærkninger Affinity 4.0.1 Rev.1_DK

Dokumentets revisionsdato: 2024-08-29

Disse produktbemærkninger informerer brugerne om nyheder og forbedringer i Produktbemærkninger Affinity 4.0.1 samt eventuelle kendte problemer, de skal være

opmærksomme på.

Dette er et elektronisk dokument, og en kopi af dette dokument kan downloades fra www.hermesmedical.com/ifu. Papirudgaver af brugsanvisningen, systemmiljøkravene og udgivelsesnoterne er gratis tilgængelige (svarende til antallet af købte licenser) efter anmodning.

Produktbemærkningerne og selve softwaren til medicinsk udstyr er ophavsretligt beskyttet, og alle rettigheder forbeholdes Hermes Medical Solutions. Hverken softwaren eller manualen må kopieres eller på anden måde gengives uden forudgående skriftligt samtykke fra Hermes Medical Solutions, som forbeholder sig retten til at foretage ændringer og forbedringer af softwaren og manualen til enhver tid.

Hermes Medical Solutions*, HERMIA*, HERMIA-logotypen* og SUV SPECT* er varemærker tilhørende Hermes Medical Solutions AB.

Tredjepartsvaremærker som anvendt heri tilhører deres respektive ejere, som ikke er tilknyttet Hermes Medical Solutions.

*Med forbehold for registrering på nogle markeder

Indholdsfortegnelse

1	INTRODUKTION	3
1.1	TILKNYTTET DOKUMENTATION	3
1.2	KLAGER OG ALVORLIGE HÆNDELSER	3
2	NYHEDER OG FORBEDRINGER	4
2.1	NYE FUNKTIONER IMPLEMENTERET I AFFINITY 4.0	4
2.2	RETTET PROBLEMER OG FORETAGET MINDRE FORBEDRINGER I VERSION 4.0.0	7
2.3	RETTET PROBLEMER OG FORETAGET MINDRE FORBEDRINGER I VERSION 4.0.1	7
3	KENDTE PROBLEMER	8
4	KONTAKTOPLYSNINGER	9
4.1	PRODUCENTENS KONTAKTOPLYSNINGER	9
4.2	REPRÆSENTANTER.....	9
4.3	DATTERSELSKABER.....	9

1 INTRODUKTION

Dette dokument indeholder de offentlige produktbemærkninger til Affinity 4.0.1. Det giver en liste over nye funktioner, forbedringer og fejlrettelser siden sidste udgivelse.

Dokumentet indeholder også kendte problemer. Alle brugere skal være bekendt med disse kendte problemer. Kontakt fabrikanten, hvis du har spørgsmål til indholdet.

1.1 Tilknyttet dokumentation

- P60-122 Brugsanvisning Affinity 4.0.1 Rev.1
- PC-007-Systemmiljøkrav, gældende revision kan findes på www.hermesmedical.com/ifu.

Brugsanvisningen indeholder de nødvendige grundlæggende oplysninger til at konfigurere applikationen efter dine egne præferencer.

En brugervejledning, der er beregnet til at hjælpe brugerne med at bruge softwaren, er tilgængelig fra hjælpefunktionen, se symbolet nedenfor, i selve softwaren.



Advarselsmeddelelser er nu angivet i både brugsanvisningen og brugervejledningen. Advarselsmeddelelserne beskriver tydeligt tilsigtede brugere, begrænsninger i softwaren og risikoen ved at foretage ændringer i softwaren.

1.2 Klager og alvorlige hændelser

Rapportér hændelser og fejl til vores support, se *Kontaktoplysninger*.

Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til fabrikanten.

Afhængigt af gældende regler kan det også være nødvendigt at indberette hændelser til de nationale myndigheder. I Den Europæiske Union skal alvorlige hændelser indberettes til den kompetente myndighed i den EU-medlemsstat, som brugeren og/eller patienten tilhører.

Hermes Medical Solutions modtager gerne feedback fra læserne af denne manual. Rapportér eventuelle fejl i indhold eller typografi og forslag til forbedringer til vores support, se *Kontaktoplysninger*.

2 NYHEDER OG FORBEDRINGER

2.1 Nye funktioner implementeret i Affinity 4.0

- Der vises en advarselsmeddelelse, når data med et andet patient-id indlæses.
- Titellinjen indeholder applikationens version. Når du kører applikationen som et ikke-medicinsk udstyr, vil titellinjen tydeligt vise, at den anvendte version *ikke er til klinisk brug*.
- Det er muligt nemt og bekvemt at nå og opdatere dine personlige genveje. Genvejslisten kan kopieres og indsættes i din foretrukne editor eller udskrives på et ark papir, så du kan have den ved siden af dig, når du arbejder.
- Mange nye genvejsmuligheder er blevet tilføjet for at forenkle og gøre dit arbejde hurtigere. Du kan nu tildele og/eller tilpasse genvejstaster til at:
 - tage et fuldskræmsbillede
 - udføre en lokal registrering
 - kopiere et sekundært billede til udklipsholderen
 - slå annotationer til/fra
 - slå synlighed af sigtekorn til/fra
 - slå kugle-/cirkeltriangulering til/fra
 - skifte fusion til høj (mellem 50 % og 100 %)
 - skifte fusion til lav (mellem 0 % og 50 %)
 - slå VOI-statistik til/fra
 - slå synlighed af zoom/lineal til/fra
 - slå cinematisk udsnit til/fra
 - slå cinematisk billeder til/fra
 - slå patientbanner til/fra
 - gå til søgefeltet
 - oprette en ny lineal
 - oprette en ny tekstannotation
 - oprette nye VOI'er, f.eks. ny ellipsoide, ny kasse, ny cylinder, ny pensel og ny tærskel VOI
 - oprette en sfærisk VOI (når du bruger den sfæriske triangulering)
 - aktivere blob splitter
 - aktivere ny krydstilstand
 - skifte sigtekorn
 - skifte til triangulere musetilstand
 - skifte til manuel musetilstand til medregistrering
 - aktivere rulning, zoom, panorering og rotere musetilstand
 - aktivere musetilstand på vinduesniveau.
- For nemt at gendanne en fungerende konfiguration er det muligt at få en kopi af din seneste arbejdskonfiguration.
- Når du har flere forekomster af applikationen kørende, kan du nu nemt vælge den foretrukne forekomst. Hvis du holder markøren over fanen på proceslinjen, vises patientens navn og undersøgelsesdato.
- Det er muligt at gemme og indlæse regioner, der er gemt som DICOM-segmentering, så de kan indlæses ved en senere lejlighed og eksporteres til PACS.
- For nemt at indlæse data i Affinity kan du nu trække og slippe zippet DICOM (med undtagelse af 7-zip) til en kørende session.
- Det er nu muligt at oprette sekundære optagelser OG MultiFrameSecondaryCaptures (MFSC) af hele skærmen og/eller en valgt viewport.

- Som bruger kan du begrænse rækkevidden for en MFSC, så kun data fra det relevante område gemmes. Oversigtsvinduet erstattes af skyder for at forenkle udvælgelsen.
- Udskrifter (f.eks. sekundære optagelser (SC)) kan gemmes i den ønskede undersøgelse. Det er muligt at trække og slippe en ikke-gemt SC fra en undersøgelse til en anden, så du kan knytte en SC til en anden undersøgelse.
- Det er muligt at indlæse en tidligere gemt session, der inkluderer regioner, målinger og annotationer.
- Et patientbanner er blevet introduceret. Patientbanneret kan slås til og ved hjælp af en genvejstast og kan udelukkes fra udskrivning (MFSC, SC).

- For effektivt at arbejde med musen foretages opdateringer for at konfigurere museknapper og musehjul.
- Nye muligheder for musehjul introduceres:
 - musetilstand til ændring af trianguleringskugle/-cirkelstørrelse
 - musetilstand til ændring af forudindstilling af trianguleringskugle/-cirkel
 - musetilstand til ændring af forudindstilling af trianguleringskryds
 - hurtig rulletilstand.

- Dobbeltklik til fuld skærm kan aktiveres i indstillingerne for enhver T-, C-, S-, 2D-, 3D- eller 3P-viewport.
- Du kan nu slå cinematisk til for datasæt med flere billeder, så du kan se billederne som en timelapse-film, der kører gennem alle billeder. Det er muligt at indstille en standardhastighed for dette.
- Som bruger kan du nu interagere med tabellen for statistik-viewport ved hjælp af en genvejsmenu. Dette gør det muligt at få adgang til al funktionalitet såsom omdøbning, farve, triangulering til osv.
- Det er muligt at eksportere og kopiere regionsstatistikker for yderligere at analysere det uden for applikationen. For dynamiske PET-data: Billedreferencetid, billedvarighed og billedindeks vil være en del af outputtet, når det er synligt.
- Du kan nu plote tidsaktivitet for dynamiske billeder, så du kan se den biologiske optagelse af sporstoffet over tid i dit interesseområde.
- En brugerdefinerbar trianguleringskugle og -cirkel introduceres for nemt at undersøge billeder til relevante lokale statistikker. Det er muligt at oprette en kugle-/cirkelregion baseret på denne kugle-/cirkeltriangulering.
- Kugle-/cirkeltrianguleringssynlighed kan slås til/fra ved hjælp af "V" som en global genvej (som i andre Hermes-produkter).
- Det er muligt at konfigurere, hvilke statistikker der skal vises i statistikboksen, så kun relevant information vises.
- En MPR-viewportskyder introduceres for at rulle gennem MPR-billeder.
- En 2D-viewportskyder introduceres for at rulle gennem 2D-billeder.
- Det er muligt at gøre en udvalgt region til en referenceregion.
- Vinduesskyderen opdateres. Vinduesindstillinger kan ændres ved at trække i håndtag. Et værktøjstip viser den faktiske vinduesindstilling, der er indstillet af vinduesskyderen.
- Farvebjælken kan konfigureres som flydende og vises oven på en viewport (vandret og lodret).
- Fabriksindstillinger for: PET SUV(R), NM SUV(R), tællinger, Bq/ml, Gy og andet kan konfigureres fra indstillingsmenuen. Forudindstillinger er tilgængelige på de numeriske taster 1-5.
- Regionsinteraktioner såsom ændring af størrelse, omformning, ændring af regionsfarve osv. er nu godt beskrevet i brugervejhåndbogen.
- Når du bruger en forudindstilling til at oprette ROI/VOI, er forudindstillingerne synlige i kombinationsboksen med forudindstillinger, så du ikke længere behøver at vælge den for at finde ud af, hvad indstillingerne er.

- 2D Ellipse ROI introduceres. Du kan indtaste bredden og højden af ellipsen ved hjælp af numerisk input.
- Det er muligt nemt at oprette og vælge forudindstillinger til ellipse ROI'er.
- Der foretages opdateringer af indstillingerne "vis statistik". Det er nu muligt at vælge mellem:
 - Vis statistik for aktivt lag.
 - Vis statistik for maksimalt to synlige lag.
 - Vis statistik for alle NM/PT-lag.
- Du kan nu fastgøre/frigøre en regionsstatistikboks direkte i selve statistikboksen.
- Når du tegner en region ved hjælp af regionsværktøjet, er regionen synlig på det billede, hvor den oprindeligt blev tegnet. Regionen er derefter altid synlig, uanset hvilken viewport eller hvilket layout datasættet indlæses i.
- Hvis 2 datasæt fusioneres, overføres ROI også til det fusionerede datasæt og er også synlig for dette datasæt fra det tidspunkt, hvor fusionen annulleres.
- Det er muligt at vise det *samlede antal tællinger* i et billede som en viewport-annotation for NM-modaliteten. For dynamiske billeder vil det være det samlede antal for det aktuelt viste billede.
- Der foretages mange ændringer i layoutværktøjet, dataregelindstillinger og arbejdsgang. I layoutværktøjet er det nu muligt at:
 - få vist den relative størrelse af hver viewport i layoutet, så du kan oprette layout med en mere præcis størrelse, end kun visuel vurdering tillader
 - tilføje/fjerne rækker/kolonner for nemt at udvide/reducere layoutet
 - duplikere en skærm til en anden skærm i layout med flere skærme
 - eksportere og importere layout, så de kan deles med kolleger
 - kombinere allerede oprettede skærme, så redigeringslayouts bliver mere effektive.
- I indstillingerne for dataregler er det nu muligt at:
 - oprette dataregler, der skal bruges til at udfylde viewports med data, så viewports automatisk kan udfyldes i henhold til de definerede regler
 - matche en tekststreng i et dataelement, der repræsenterer tekst, så du kan angive data, der skal bruges i dine arbejdsgange
 - matche tekst i et indlejret dataelement, så du kan få adgang til DICOM-headeroplysninger i sekvensmærker
 - oprette indlejrede regler, så du kan oprette mere komplekse regler for specifik matchning af data
 - (du kan kopiere regler mellem administratorindstillingsfiler, så du kan få adgang til regler, der er lavet af en kollega)
 - eksportere og importere layout, så de kan deles med kolleger.
- I arbejdsgangværktøjet er det nu muligt at:
 - konfigurere, hvad der skal vises i et bestemt lag i en markeret viewportgruppe
 - matche et datasæt baseret på undersøgelsesnummer efterfulgt af regel, så du kan oprette arbejdsgange for undersøgelser med flere tidspunkter
 - matche undersøgelser baseret på regler, så du kan definere et datasæt, uanset hvilken undersøgelse datasættet tilhører
 - konfigurere et lag i et stadie i en arbejdsgang til at tillade flere matches, så du automatisk kan indlæse multileje-undersøgelser
 - duplikere et stadie i arbejdsgangværktøjet
 - oprette arbejdsgange, hvor hver skærm administrerer sin egen arbejdsgangsfase uafhængigt af andre skærme, så du kan skifte layout uafhængigt for hver skærm
 - eksportere og importere arbejdsgange, så de kan deles med kolleger.

- Du kan nu samregistrere billeder, der deler den samme oprindelige referenceramme, så du kan justere for patientbevægelser mellem serier.
- Det er muligt at foruddefinere farverne i en metabolisk topregion ved hjælp af en forudindstilling med foruddefineret farve.
- Sidst men ikke mindst implementeres et helt nyt rapportværktøj. I rapportværktøjet er det muligt at:
 - tilpasse rapportheaderen til dine behov
 - skrive kommentarer
 - inkludere sekundære optagelser.
- Rapporten kan gemmes som DICOM-indkapslet PDF, så den kan gemmes i et DICOM-kompatibelt lager.
- PDF-dokumentet kan åbnes direkte fra datalisten i Affinity, så du har et komplet overblik over alle patientinformation.

2.2 Rettet problemer og foretaget mindre forbedringer i version 4.0.0

- Hvis du indlæser CT-data med mere end 2048 udsnit i ét volumen/billede, opdeles sættet i to lejepositioner, første lejeposition vil have 2048 udsnit fra hoved til fødder
- Forbedret ydeevne for layoutskift
- Dynamic SPECT fra Spectrum Dynamics genererer nu en tidsaktivitetskurve.
- Når en etiket genindlæses fra en gemt session i tidligere version af Affinity, kom pilen altid ud af øverste venstre hjørne i stedet for det nærmeste kantpunkt; dette er nu rettet.

2.3 Rettet problemer og foretaget mindre forbedringer i version 4.0.1

- Affinity går ned, når der genoprettes forbindelse til RDP/Citrix
- For nogle layouts følger trianguleringen på fusionerede billeder ikke trianguleringen på MIP
- Genveje til panorering, zoom, rul og regionsstatistik virker ikke med 2-skærms layout.
- CT vist som 2D-stak, men forventer en volumen

3 KENDTE PROBLEMER

Der er ingen kendte problemer relateret til patientsikkerhed i denne version af Affinity.

Til orientering – Træk og slip i Affinity fra Gold virker ikke, når der køres med RDP eller Citrix.

Andre kendte problemer:

- Tærskelmarkøren skifter mellem "pegende hånd" og "blyant".
- Det er ikke muligt at indstille middelværdien for den tykke plade til 0 mm, hvis en undersøgelse trækkes ind i viewport i stedet for automatisk at blive registreret af arbejdsgangen.
- Formatet af regionsværdierne afhænger af operativsystemernes lokale indstillinger (herunder integrerede og decimale cifre, gruppeseparatorer og en decimalseparator med valgfrit negativt tegn).
Vær opmærksom på dine lokale indstillinger.

4 KONTAKTOPLYSNINGER

Kontakt en af nedenstående adresser for service, support, eller hvis du har andre spørgsmål.

4.1 Producentens kontaktoplysninger



Hovedkontor
Hermes Medical Solutions AB
Strandbergsgatan 16
112 51 Stockholm
SVERIGE
Tlf.: +46 (0) 819 03 25
www.hermesmedical.com

Generel e-mailadresse:
info@hermesmedical.com

E-mailadresser til support:
support@hermesmedical.com
support.ca@hermesmedical.com
support.us@hermesmedical.com

4.2 Repræsentanter

Autoriserede repræsentanter

Ansvarlig person i Storbritannien
Hermes Medical Solutions Ltd
Cardinal House
46 St. Nicholas Street
Ipswich, IP1 1TT
England, Storbritannien

CH autoriseret repræsentant

CH	REP
----	-----

CMI-eksperter
Grellinger Str. 40
4052 Basel
Schweiz

4.3 Datterselskaber

Hermes Medical Solutions Ltd
York Suite, 7-8 Henrietta Street
Covent Garden
London WC2E 8PS
Storbritannien
Tlf.: +44 (0) 20 7839 2513

Hermes Medical Solutions, Inc
710 Cromwell Drive, Suite A
Greenville, NC27858
USA
Tlf.: +1 (866) 437-6372
Fax: +1 (252) 355-4381

Hermes Medical Solutions Canada, Inc
1155, René-Lévesque O., Suite 2500
Montréal (QC) H3B 2K4
Canada
Tlf.: +1 (877) 666-5675
Fax: +1 (514) 288-1430

Hermes Medical Solutions Germany GmbH
Robertstraße 4
48282 Emsdetten
Tyskland
Tlf.: +46 (0)819 03 25